

マルチスライス方式コンピュータ断層撮影装置（治療計画用）

仕様書

仙台市立病院

1 入札案件

(1) 調達物品名、及び数量

マルチスライス方式コンピュータ断層撮影装置（治療計画用） 1 式

(2) 納入場所

仙台市立病院（仙台市太白区あすと長町一丁目 1 番 1 号）

(3) 納入期限

令和 2 年 3 月 31 日

2 総則

(1) 目的

この仕様書は、仙台市立病院（以下、「本院」という。）が調達するマルチスライス方式コンピュータ断層撮影装置（治療計画用）の一切に適用する。

(2) 調達物品の一般的条件

納入する機器は、設置までの間に機器の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合には、最新の仕様で引き渡すこと。

3 調達物品の主な内容等

- | | |
|---|-----|
| ① 走査ガントリー | 1 式 |
| ② X線検出器 | 1 式 |
| ③ X線管球 | 1 式 |
| ④ X線高電圧発生装置 | 1 式 |
| ⑤ 撮影テーブル | 1 式 |
| ⑥ 操作コンソール（及びコンピュータ） | 1 式 |
| ⑦ 造影剤自動注入装置 | 1 式 |
| ⑧ 操作卓、操作用椅子 | 1 式 |
| ⑨ 呼吸同期システム（安西メディカル株式会社製） | 1 式 |
| ⑩ 4DコーンビームCT機能 | 1 式 |
| ⑪ 操作マニュアル参照用携帯端末 | 1 式 |
| ⑫ その他周辺機器等 | 1 式 |
| ⑬ 装置の搬入、据付、調整等 | 1 式 |
| ⑭ 既存の PACS、治療計画装置、放射線治療装置、HIS、RIS との接続・調整 | 1 式 |
| ⑮ 導入、保守サポート | 1 式 |
| ⑯ その他、本院が求める技術的要件を満たす上で必要となるもの | 1 式 |

4 技術的要件の概要

(1) 調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求要件（以下、「技術的要件」という。）は、別紙に示すとおりである。

(2) 技術的要件は、全て必須の要件である。

(3) 調達物品に係る性能等が技術的要件を満たしていないと判定された場合は不合格となり、入札及び落札の対象から除外する。

(4) 上記（3）の判定は、入札機器に係る技術的仕様書、その他の入札説明書で求める提出書類の内容を審査して行うものとする。

(5) 提案に関する留意事項

① 提案に際しては、調達物品に係る性能等が技術的要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するのかを、技術的要件の項目毎に、具体的かつ分かりやすく記載すること。

（単に「はい、出来ます。」といった回答等の場合、提案の内容が不明確なため、技術的要件を満たしていないものとして不合格となる場合があることに留意すること。）

② 提案資料等に関する照会先を明記すること。

③ 提案された内容について、ヒアリングを行う場合がある。その際は、誠実に対応すること。