

1.5T 磁気共鳴断層撮影装置

【調達仕様書】

仙台市市立病院

1 入札案件

(1) 調達物品名、及び数量

1.5T 磁気共鳴断層撮影装置 1 式

(2) 納入場所

仙台市立病院（仙台市太白区あすと長町一丁目 1 番 1 号）

(3) 納入期限

令和 4 年 3 月 31 日

2 総則

(1) 目的

この仕様書は、仙台市立病院（以下、「本院」という。）が調達する 1.5T 磁気共鳴断層撮影装置の調達の一切に適用する。

(2) 調達物品の一般的条件

納入する機器は、設置までの間に機器の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合には、最新の仕様で引き渡すこと。

3 調達物品の主な内容等

- | | |
|--|-----|
| ① 1.5T 磁気共鳴断層撮影装置 | 1 式 |
| 既設の 1.5T MRI 装置のバージョンアップもしくは新規機器設置により、技術的要件（仕様書別紙）を満たす磁気共鳴断層撮影装置を整備すること。 | |
| ② 必要なコンピュータソフト及び周辺機器 | 1 式 |
| ③ 指定する内容の保守サポート | 1 式 |
| ④ 必要なシールド補修・電源設備・検査室補修などの工事 | 1 式 |
| ⑤ その他、技術仕様書で求める技術的要件を満たす上で必要なもの | 1 式 |

4 技術的要件の概要

- (1) 調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下、「性能等」という。）の要求要件（以下、「技術的要件」という。）は、仕様書別紙に示すとおりである。
- (2) 技術的要件は、全て必須の要件であり、調達物品に係る性能等が技術的要件を満たしていないと判定した場合は、入札及び落札の対象から除外する。
- (3) 上記（2）の判定は、原則として入札機器に係る提出書類の内容を審査して行うものとするが、疑義がある場合は、追加でパンフレットその他の書類の提出を求めることがある。

(4) 提案に関する留意事項

- ① 当院が示した技術的要件を直接的には満たさないものの、別の方法でその目的を達成できると考える提案がある場合は、技術的要件の記載のうち、満たせない項目・要件を明確にしたうえで、要件の目的を実現するための具体的な対応方法を記載すること。
- ② 提案された内容について、ヒアリングを行う場合がある。その際は、誠実に対応すること。

5 その他の留意事項

(1) バージョンアップ又は新規設置作業による装置稼働不能期間について

今回の機器調達においては、既設 MRI 装置のバージョンアップもしくは新規機器設置による整備のいずれかを求めている。技術的要件を満たす限り、整備方法による優劣は評価しないが、機器入替等による稼働停止期間は極力短期間となるよう努めること。許容できる停止期間は、最大で 30 日間である。

(2) 搬入据付に必要となる工事及び稼働開始のための手続等について

上記稼働停止期間の日程調整も含め、搬入据付に必要となる工事の内容及び日程について、本院担当職員との連絡を密にし、支障が無いよう対応すること。工事その他設置の条件及び保守、導入時の教育や手続きなどについて、技術的要件（仕様書別紙）の記載に疑義がある場合は、必ず入札参加まえに確認しておくこと。