（別添様式）

質　疑　応　答　書

件名　　自動採血管準備装置システム

※回答は、入札説明書で示した回答期限までに、仙台市立病院ＨＰで行います。

整理番号						

質　問　事　項	回　答
①サーバーについて、トラブルリスク回避の観点から、RAIDを組む必要はありますか？	必要ですので、仕様に追加します。
②サーバーについて、トラブルリスク回避のため、電源の二重化は必要でしょうか？	不要です。
③LISへ採血の受付、呼出、照合、終了時刻（採血TAT情報）の送信は必要でしょうか？	必要ですので、仕様に追加します
【以下　記載なし】	