

1 対象機器 エレクタ社放射線治療装置 (SYNERGY)
構成ユニット MLC AGILITY 1 式を含む

2 保守内容

(1) 定期点検

- ①年に4回、定期点検(定期交換部品作業を含む)を行うこと。
- ②実施日時は当院担当者と協議のうえ決定すること。
- ③点検終了後に作業報告書を作成し、当院担当者の承認を得て提出すること。
- ④次の推奨部品交換を本契約に含むこと。

EARLY STOP KIT

FOAMTIPS #130

FRU Z-DRIVE 01

GANTRY BASE BELT

GANTRY DRUM BELT

IVIEWGT-XVI BELT

COOLING FAN CHAS

・備考

契約対象装置における立会業務を含む(定期点検終了後の使用開始時の際に稼働確認すること。)

周辺機器及びメディア等の消耗品は含まない。

マルチリーフにおけるリーフの摩耗は含まない。

本体契約における、他社製品は含まない。

オーバーホール、移設作業は含まない。

ウイルス感染の調査及び対策・駆除は含まない。

(2) 随時保守

- ①故障が発生した場合は速やかに技術員を派遣し、必要な措置を行うこと。
- ②オンコール作業費は全て本契約に含むこと。
- ③修理交換部品は単価が50万円(税抜)までを無償とし、50万円(税抜)を超過した場合は差額を請求すること。

(3) X線管球の保証

XVI用X線管球(構成ユニットを含む)の保証は本契約に含むものとし、契約期間内に交換が必要となった場合の費用は全額無償とすること。

(4) リモートメンテナンス

不具合発生等オンコール対応時に随時リモートメンテナンスを行うこと。

(5) その他（周辺機器）

①照合装置(MOSAIQ BASIC)保守契約

リモートサポートを行うこと。

サーバー 1 式

クライアント 3 式 (ESI、シーケンサー、編集用)

・備考

対象機器以外の装置の保守業務は別途有償とする。

一般消耗品は保守対象外とする。

ネットワーク関連部品、ケーブルは含まない。

製造元保証終了によるワークステーション等ハードウェアの更新は別途有償とする。

他社装置更新に伴う接続費用は別途有償とする。

②治療計画装置+支援システム(Monaco、MonacoSim)保守契約

Monaco 保守契約について下記の基本サポート実施を含むこと。

リモートメンテナンス契約を本契約に含むこと。

③レーザー投光器点検契約

スポット点検を年に 1 回行うこと（人件費、交通費、機材費を含む。）。

・備考

交換を要する部品は全て別途有償とする。

④呼吸同期システム AZ-733VI 点検契約

定期点検を年に 1 回行うこと。

内容

- 1) 外部 I/F 回路の設定確認
- 2) 電源確認
- 3) 呼吸センサの動作確認
- 4) 呼吸波形回路の動作確認
- 5) ハードウェア設定の再確認
- 6) I/F 回路の動作確認
- 7) 外部機器との接続動作確認
- 8) 外観チェック

不具合発生時の現地対応は無償とすること。

・備考

交換を要する部品は本契約に含まないこと。

部品交換時の作業費用は本契約に含まないこと。

呼吸安定化モニタ ABLE の点検費用は本契約に含まないこと。

リニアック装置側の作業費用は本契約に含まないこと。